

## Προδιαγραφές Βίντεο Λαρυγγοσκοπίου

Βίντεο λαρυγγοσκόπιο κατάλληλο για άμεση οπτική επαφή κατά την ενδοτραχειακή διασωλήνωση, κατάλληλο για ασθενείς με δύσκολο αεραγωγό και για ασφαλή διασωλήνωση σε ασθενείς με COVID 19.

Να διαθέτει :

- Να δέχεται ειδικές λεπίδες διασωλήνωσης μιας χρήσης κατάλληλες για νεογνά Νο1, που δε θολώνουν την εικόνα.
- Δυνατότητα προσαρμογής γλωσσοπίεστρων με στενό προφίλ πτερυγίου.
- Ενσωματωμένη πηγή ψυχρού φωτισμού (High-intensity LED).
- Έγχρωμη οθόνη με δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης, για καταλληλότερη διαχείριση ανάλογα με τις ανατομικές δυσκολίες του κάθε ασθενή.
- Κάμερα νέας τεχνολογίας, υψηλής ανάλυσης.
- Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου, με δυνατότητα αυτονομίας χρήσης πάνω από 4 ώρες και δυνατότητα οπτικής ένδειξης υπολειπόμενου χρόνου ζωής της, για απάλειψη του κινδύνου αποφόρτισης της μπαταρίας κατά την διάρκεια διασωλήνωσης.
- Να είναι μικρού μεγέθους και βάρους μικρότερου από 300 gr.
- Να πληροί τα πρότυπα στεγανότητας.
- Να παρέχει αποστειρωμένη ακεραιότητα στις λεπίδες μιας χρήσης και να μπορεί πλήρως να βυθιστεί σε απολυμαντικό υγρό, τόσο η οθόνη όσο και η λαβή για να μπορεί να αντιμετωπιστεί με υψηλού επιπέδου απολύμανση.

Θα πρέπει οπωσδήποτε :

- Κατά την παράδοση, να δοθεί το Εγχειρίδιο Χρήσεως (Operation Manual) της συσκευής στα Ελληνικά.
- Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ και ο κατασκευαστικός οίκος του εξοπλισμού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485 (να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά).
- Ο προμηθευτής πρέπει να πληροί τις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32/Β/16.01.2004) και να έχει πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας κατά ISO 9001 και ISO 13485 για τη διανομή και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Για το λόγο αυτό στις προσφορές θα πρέπει να υπάρχουν συνημμένα έγκυρα πιστοποιητικά κοινοποιημένου οργανισμού από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι της παρούσας παραγράφου.
- Θα πρέπει να υπάρχει στην Ελλάδα πλήρες και οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, με κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό, πιστοποιημένο και εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστικό οίκο για την επισκευή και συντήρηση της προσφερόμενης συσκευής.
- Να καλύπτεται με εγγύηση (2) δύο ετών τουλάχιστον.
- Να καλύπτεται από ανταλλακτικά και service για (10) δέκα έτη τουλάχιστον.
- Ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης να είναι άμεσος.
- Να δοθεί κατάλογος με τις απαιτούμενες προληπτικές συντηρήσεις καθώς και τιμοκατάλογος των πιθανών αναλώσιμων ανταλλακτικών που απαιτούνται για την χρονική περίοδο μετά την λήξη της εγγύησης του μηχανήματος.
- Η προσφορά να συνοδεύεται από φύλλο συμμόρφωσης στις τεχνικές προδιαγραφές, με σχετικές παραπομπές στα εγχειρίδια του μηχανήματος.

  
ΧΑΡΗΣ ΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ - ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΟΣ  
ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑΣ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΝΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΥΝΙΚΗΣ & ΜΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΝΔΥΛΑΚΗ  
ΜΗΧ/ΚΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ  
ΠΑΡΝΑ  
ΤΗΛ. 2813405372