


Αίτηση 402 χαρ 10

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ BASKET

Ουρητηρικός καθετήρας αφαίρεσης λίθων τύπου Basket. Ο καθετήρας να έχει διάμετρο 1,9Fr, μήκος 120cm και είναι να από Nitinol. Το basket να έχει 4 παράλληλα σύρματα από Nitinol και διάμετρο 12mm.

Το άκρο του basket να είναι ατραυματικό τύπου zero tip και να διαθέτει ειδικό marker που ενισχύει την ενδοσκοπική απεικόνιση. Η λαβή είναι να εργονομική, αποσπώμενη, με δυνατότητα περιστροφής του Basket.


ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
Π.Γ.Ν.Η. - Α.Μ. ΤΣΑΥ: 92869
ΑΜΚΑ: 17057001176