


Προδιαγραφές Υλικού:

Καθετήρας - μπαλόνι μορφοποίησης ενδομοσχεύματος αορτής

Καθετήρας - μπαλόνι μορφοποίησης ενδομοσχεύματος αορτής από πολυουρεθάνη / λάτεξ, να φέρει δύο ακτινοσκοπικούς δείκτες από πλάτινα, ένα σε κάθε άκρο και υδρόφιλη επικάλυψη 40 εκατοστών. Να διατίθεται σε όλες τις διαστάσεις διαμέτρου: 7, 9, 11, 12, 18, 22, 24, 32, 43 και 46 mm φορτωμένο σε καθετήρα με διάφορα μήκοι 23, 27, 80 και 120 mm αναλόγως των αναγκών και της ανατομίας του ασθενούς


ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝΤΙΚΗΣ
4. ΤΣΑΥ.83253/4
26076706312