

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ

1. Να είναι επαγγελματικό, κατάλληλο για Νοσοκομειακή χρήση.
2. Να έχει μεγάλες ευανάγνωστες ενδείξεις και οθόνη για την εμφάνιση των τελευταίων μετρήσεων.
3. Να εκτελεί μέτρηση πίεσης στο βραχίονα του ασθενούς.
4. Να παρουσιάζεται ταυτόχρονα η συστολική, η διαστολική πίεση και ο παλμός της καρδιάς ανά λεπτό.
5. Να αποθηκεύονται οι τελευταίες 50 μετρήσεις (περίπου).
6. Να έχει εύρος μετρήσεων πίεσης (συστολική, διαστολική) 30 – 280 mmHg και σφυγμού: 40-200 το λεπτό.
7. Να λειτουργεί με ρεύμα δικτύου ή εναλλακτικά με μπαταρίες.
8. Να διαθέτει επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για αυτονομία δύο (2) ωρών τουλάχιστον, με ενσωματωμένο τροφοδοτικό φόρτισής τους.
9. Να δέχεται περιχειρίδες διαφόρων μεγεθών και να συνοδεύεται από μία περιχειρίδα κανονικού μεγέθους και μία μεγάλου μεγέθους.
10. Η συσκευή να προσφέρεται με όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης και λοιπά εξαρτήματα έτσι ώστε να είναι έτοιμη προς χρήση χωρίς να απαιτείται η αγορά επιπλέον εξαρτημάτων.
11. Κατά την παράδοση, να δοθούν τα Εγχειρίδια Χρήσεως (Operation Manual) και το Service Manual της συσκευής στα Ελληνικά .
12. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ και ο κατασκευαστικός οίκος του εξοπλισμού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485 (να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά).
14. Ο προμηθευτής πρέπει να πληροί τις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32/Β/16.01.2004) και να έχει πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας κατά ISO 9001 και ISO 13485 για τη διανομή και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Για το λόγο αυτό στις προσφορές θα πρέπει να υπάρχουν συνημμένα έγκυρα πιστοποιητικά κοινοποιημένου οργανισμού από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι της παρούσας παραγράφου.

15. Θα πρέπει να υπάρχει στην Ελλάδα πλήρες και οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, με κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό.
16. Να καλύπτεται με εγγύηση (2) δύο ετών τουλάχιστον.
17. Να καλύπτεται από ανταλλακτικά και service για (10) δέκα έτη τουλάχιστον.
18. Ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης να είναι εντός (60) εξήντα ημερών από την παραγγελία.
19. Να δοθεί κατάλογος με τις απαιτούμενες προληπτικές συντηρήσεις καθώς και τιμοκατάλογος των πιθανών αναλώσιμων ανταλλακτικών που απαιτούνται για την χρονική περίοδο μετά την λήξη της εγγύησης του μηχανήματος.
20. Η προσφορά να συνοδεύεται από φύλλο συμμόρφωσης στις τεχνικές προδιαγραφές, με σχετικές παραπομπές στα εγχειρίδια του μηχανήματος.

D. Μωραΐδου

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΝΔΑΛΑΚΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΑΤ. ΝΗ
ΤΗΛ. 2813402705